

ショックボタンがないオートショック AED があります。

ショックボタンを有さない AED (以下「オートショック AED」という。) が令和 3 年 8 月 から販売がされています。

この AED が、電気ショックが必要と判断した場合、救助者がショックボタンを押すことがなく、自動で電気ショックを実施。

従来は救助者が手動でショックボタンを押しますが、オートショック AED では、傷病者から離れるよう音声ガイドが流れ、カウントダウンまたはブザーの後、自動的に電気ショックが実施されま

す。救助者等が電気ショックの際に、患者から離れることが遅れ、患者に触れていた場合、救助者等が放電エネルギーにより感電するおそれがあるので注意が必要です。



オートショック AED の機種には、ロゴマークを表示することで、救助者などがオートショック AED と認識できるよう表示されています。

「オートショック AED」  
ロゴマーク

